



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Giampietro Comandini
Presidente
- > On. Ivan Pintus
- Gruppo Progressisti

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.23/A sull'impianto idroterapico dell'ospedale Zonchello di Nuoro. Risposta. Sostituisce il precedente invio.

In sostituzione della risposta relativa all'interrogazione di cui all'oggetto - ns. prot. 12918 di venerdì 12 u.s. - si trasmette la nota prot. n.6938 del 18 settembre 2025 dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Con i migliori saluti.

D'ordine della Presidente

Il Capo di Gabinetto

Luca Caschili



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

12-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

01-00-00 - Ufficio di Gabinetto della Presidenza

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 23/A (Pintus), con richiesta di risposta scritta, sull'impianto idroterapico dell'ospedale Zonchello di Nuoro. Rettifica Oggetto.

In riscontro all'interrogazione in oggetto pervenuta da codesto Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 8247 del 03.07.2024 ed in sostituzione della propria nota prot. n. 6728 dell'11 settembre u.s. in cui era presente in oggetto un errore materiale, per quanto di competenza, sulla base di quanto rappresentato da ultimo dalla Direzione Generale della Sanità con nota prot. n. 24567 del 9.09.2025 e relativi allegati, si espone quanto segue.

La Direzione generale della Sanità ha esposto che con nota prot. 19018 del 08.07.2024 e successivi solleciti del 05.09.2024 prot. 23925 e del 04.06.2025 prot. 15072, è stata invitata l'ASL n. 3 di Nuoro fornire un riscontro dettagliato sull'impianto idroterapico del Presidio Ospedaliero "C. Zonchello" di Nuoro.

A tal proposito con la nota prot. n. PG/19879 del 20.06.2025 del Commissario Straordinario della ASL 3 sono state fornite informazioni su quanto richiesto ed, in particolare, che:

- le piscine risultano realizzate nell'ambito della opera pubblica del Project Financing, collaudate con verbale della Commissione di collaudo del 04.12.2020 e riconsegnate alla ASL con verbale di riconsegna del 21.12.2020;
- con determinazione ARES n. 1608 del 30.05.2023 risulta disposto l'affidamento di una manutenzione straordinaria e della manutenzione ordinaria per un periodo sino a dicembre 2024;
- a far data dall'1 gennaio 2025 è stata posta ed è tuttora in essere una manutenzione conservativa consistente nella circolazione quotidiana dell'acqua clorata ed elencava alcune note di richiesta al Servizio competente della Direzione Generale della Sanità.

La Direzione generale della Sanità ha rappresentato che, con nota prot. n. 17770 dell'1.07.2025 del Servizio qualità dei servizi e governo clinico nel fare riferimento ad una precedente nota Ras prot. 18211 del 10.07.2023 inviata alla ASL di Nuoro, si sono richiamate le modalità per intraprendere un percorso autorizzativo per l'attivazione di una nuova struttura sanitaria destinata alla idrochinesiterapia presso la S. C. Riabilitativa della ASL di Nuoro all'interno del P.O. "Cesare Zonchello".

E
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0010099/2025 del 18/09/2025
Firmatario: ARMANDO BARTOLAZZI, REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

Si precisa, inoltre, che con la suddetta nota del mese di luglio 2025 del predetto Servizio qualità dei servizi e governo clinico sono state fornite ulteriori precisazioni in merito a tale procedimento autorizzativo precipuamente che la richiesta della ASL dovrà, in linea di principio, riferirsi a tutte le tipologie di prestazioni erogate dalla Struttura Complessa in oggetto, comprendendo sia l'attività di specialistica ambulatoriale nella branca di Medicina Fisica e Riabilitazione, attinente a quanto specificato nella documentazione allegata alla precedente nota prot. PG/2022/7999 del 28.03.2022 {prot. RAS n. 7808 del 28/03/2022, avente ad oggetto Richiesta parere compatibilità per attivazione nuova struttura Medicina Riabilitativa "Struttura Riabilitativa Idrokinesiterapia"), le eventuali altre attività/forme di erogazione di prestazioni sanitarie in capo alla medesima Struttura Complessa.

Cordiali saluti.

L'Assessore

POSTA CERTIFICATA: Prot. n. 0013180 del 18/09/2025 - Interrogazione n. 23/A sull'impianto idroterapico dell'ospedale Zonchello di Nuoro. Risposta. Sostituisce il precedente invio.

Mittente: presidenza@pec.regione.sardegna.it

Destinatari: presidenza17@pec.crsardegna.it; gruppoprogressisti17@pec.crsardegna.it

Destinatari (CC): consiglioregionale@pec.crsardegna.it; web@consregsardegna.it;
servizioassemblea@pec.crsardegna.it

Inviato il: 18/09/2025 15.38.04

Posizione: PEC istituzionale CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA/Posta in ingresso

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0013180 del 18/09/2025.

Il protocollo ha il seguente oggetto:

Interrogazione n.23/A sull'impianto idroterapico dell'ospedale Zonchello di Nuoro. Risposta. Sostituisce il precedente invio.

In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale:
25985459.pdf

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

25985459.pdf ()

A600131512025.pdf ()

Segnatura.xml ()

E

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Protocollo N.0010099/2025 del 18/09/2025